

Số: /TB-BV

Hà Giang, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về nhu cầu Thay mới đầu dò C6-2, Module Acquisition, Bộ TGC cho Máy siêu âm Affiniti 50G và Affiniti 70G tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT;

Căn cứ Công văn số 2059/SYT-KHTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế Hà Giang, về việc cho chủ trương mua sắm vật tư thay thế để sửa chữa Máy siêu âm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang thực hiện công khai thông tin về nhu cầu thực hiện gói thầu Thay mới đầu dò C6-2, Module Acquisition, Bộ TGC cho Máy siêu âm Affiniti 50G và Affiniti 70G theo danh mục chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Công văn này.

Báo giá (theo Mẫu tại phụ lục 2 đính kèm Công văn này) của Quý đơn vị để trong túi clear bag dán kín băng dính để Bệnh viện khử khuẩn theo quy định phòng chống dịch (nếu cần thiết), mặt ngoài ghi người nhận là Ths Nguyễn Văn Trung – Phó phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang (Địa chỉ: Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) hoặc email của Bệnh viện là benhvienhg@gmail.com

Thời gian nhận báo giá trước ngày 12 tháng 10 năm 2021.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Sở Y tế tỉnh Hà Giang;
- Đăng website Sở Y tế Hà Giang;
- Đăng website Bệnh viện;
- Lưu: VT, Hồ sơ thầu (KT Trung – Thư ký Tổ chuyên gia).

GIÁM ĐỐC

Phạm Anh Văn

Phụ lục 1

Kèm theo Thông báo số TB-BV, ngày tháng năm 2021

TT	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
	Gói thầu: Thay mới đầu dò C6-2, Module Acquisition, Bộ TGC cho Máy siêu âm Affiniti 50G và Affiniti 70G		
I	Thay mới Module Acquisition (Thay bảng mạch xử lý tín hiệu đầu dò) cho Máy siêu âm Affiniti 70G	Bảng mạch	1
1	Yêu cầu chung		
	Thiết bị mới 100%, sản xuất 2021.		
	Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.		
	Giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang		
	Bảo hành 06 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hóa		
2	Yêu cầu kỹ thuật		
	Bảng mạch gồm 02 bo mạch: Chanel Board và Transducer Select Board. Tương thích với Máy siêu âm Affiniti 70G. Hãng sản xuất: Philips.		
	- Chanel Board:		
	Bao gồm bảng mạch 128 kênh.		
	Gồm bảng mạch đầu cuối tương tự, có chức năng truyền, nhận tín hiệu, chuyển đổi tín hiệu tương tự - số, định dạng chùm tia FPGAs.		
	Truyền dữ liệu tới bảng mạch ACB qua tám đường truyền tốc độ cao.		
	Điện áp truyền dẫn lên tới +/-100 V được tạo ra bởi thiết bị xung tích hợp.		
	Chuyển đổi tương tự - số 14 bit trên mỗi kênh của 128 kênh.		
	Bao gồm bộ định áp tuyến tính điện áp cao cho bộ phát, giúp kiểm soát nhiễu với cao áp.		
	Bao gồm các mạch đọc và theo dõi nhiệt độ và nhiệt độ hệ thống với hệ thống thu thập dữ liệu (Data Acquisition System).		

TT	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
	- Transducer Select Board:		
	Ghép đầu vào-ra của cổng đầu dò CW và tối đa 04 đầu dò vào hệ thống 128 kênh của khối font-end.		
	Sử dụng rơ-le để ghép.		
	Phần cứng lựa chọn đầu dò sẽ ngắt kết nối với bo mạch ACB khi có sự thay đổi trên đầu dò kết nối.		
	Giao tiếp với bo mạch ACB sử dụng bus chẩn đoán I2C.		
II	Thay mới đầu dò siêu âm C6-2 (Đầu dò Convex tần số dải rộng thăm khám ổ bụng mã C6-2) cho Máy siêu âm Affiniti 50G và Affiniti 70G.	Cái	2
1	Yêu cầu chung		
	Thiết bị mới 100%, sản xuất 2021.		
	Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.		
	Giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang		
	Bảo hành 06 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hóa		
2	Yêu cầu kỹ thuật		
	- Tương thích với Máy siêu âm Affiniti 70G, 50G. Hãng sản xuất: Philips.		
	- Dải tần số từ 2 đến ≥6 MHz		
	- Số chân tử ≥128		
	- Ứng dụng siêu âm: Siêu âm ổ bụng		
	- Bán kính cong ≥ 50mm		
	- Trường nhìn ≥72 độ		
	- Độ dài dây: ≥1950±50 mm		
	- Ứng dụng tạo ảnh: xung lái hướng, PRF mức cao, Doppler màu, ảnh năng lượng màu, và ảnh năng lượng màu có hướng, ảnh hòa âm, ảnh loại bỏ nhiễu đốm		
	- Hỗ trợ bộ gá sinh thiết		
III	Thay mới Bộ TGC cho Máy siêu âm Affiniti 70G.		

TT	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Yêu cầu chung		
	Thiết bị mới 100%, sản xuất 2021.		
	Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.		
	Giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang		
	Bảo hành 06 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hóa		
2	Yêu cầu kỹ thuật		
	Tương thích với Máy siêu âm Affiniti 70G. Hãng sản xuất: Philips.		
	Sử dụng trong thăm khám kết hợp với các đầu dò: Linear, Convex, Sector,...		
	Sử dụng thanh trượt vật lý trên giao diện sử dụng		
	Kết hợp tương thích với LGC và iScan để tối ưu hình ảnh		
	Điều chỉnh trong thời gian thực		
	Sử dụng trong B-mode		
	Gồm 8 kênh điều khiển Gain tương ứng với 8 dải trong trường quan sát trên màn hình hiển thị.		

Phụ lục 2
Kèm theo Thông báo số TB-BV, ngày tháng 8 năm 2021

Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Tên tài khoản:
Số tài khoản:
Số ĐT:

....., ngày tháng.....năm.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

“Tên đơn vị” gửi bảng báo giá hàng hóa dịch vụ theo yêu cầu của Bệnh viện, chi tiết như sau:

TT	Tên danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Gói thầu số:.....		Năm	1		
	Tổng					

Giá trên đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác.

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

Tạm ứng:

Thời hạn thanh toán:

.....

Đại diện đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Chữ ký mực xanh và đóng dấu
tươi mực đỏ.