

Số: /BV-VTTBYT
Về việc công khai nhu cầu: Mua
sắm thiết bị y tế cho khoa Phục
hồi chức năng

Hà Giang, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Căn cứ Luật đấu thầu, ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 475/ SYT-KHTC, ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Sở Y tế Hà Giang, về việc chủ trương thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xác định tiêu chí kỹ thuật và tư vấn giá gói thầu để mua sắm thiết bị y tế, ngày 25 tháng 3 năm 2024.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế theo danh mục chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Công văn này.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Quốc Khánh – Nhân viên phòng VTTBYT. SĐT: 0915215999

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Nguyễn Quốc Khánh – Nhân viên phòng VTTBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang – Số 11, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Đồng thời gửi 1 bản scan và bản mềm flie exel báo giá vào zalo theo số điện thoại nêu trên của ông Nguyễn Quốc Khánh – Nhân viên phòng VTTBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 h 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2024 đến trước 17 h 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục nhu cầu mua sắm: Chi tiết tại Phụ lục 1

3. Mẫu báo giá mua sắm: Chi tiết tại Phụ lục 2

Các báo giá không đúng theo mẫu quy định sẽ có thể sẽ không được xem xét.

Bệnh viện rất mong nhận được báo giá của các nhà cung cấp đúng thời gian nêu trên để mua sắm trang thiết bị kịp thời.

Nơi nhận:

- Sở Y tế Hà Giang;
- Đăng website Sở Y tế Hà Giang;
- Đăng website Bệnh viện;
- Đăng trang fanpage Bệnh viện;
- Lưu: VT, Hồ sơ thầu.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Dũng

Phụ lục 1
DANH MỤC NHU CẦU MUA SẴM

Kèm theo Công văn số /BV-VTTBYT, ngày tháng năm 2024

Số TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy Vi sóng trị liệu	1. Cấu hình mỗi máy gồm: - Máy chính tích hợp xe đẩy: 01 cái - Đầu phát trường rộng: 01 cái - Đầu phát điểm vị trí nhỏ: 01 cái - Cánh tay đỡ đầu điều trị: 01 cái - Đèn neon thử sóng: 01 cái - Kính bảo vệ mắt: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng tiếng việt: 01 quyển - Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 2. Tính năng kỹ thuật của máy: - Màn hình cảm ứng $\geq 5''$ giúp thuận tiện điều khiển và cài đặt thông số - Tần số 2450 MHz, tác dụng tăng nhiệt tổ chức và tương tác điện từ trường lên mô cơ thể - Máy có tần số điều trị trong dải vi sóng - Có hai chế độ phát xung và liên tục	Cái	01
2	Máy Laser trị liệu (laser chiếu ngoài)	1. Cấu hình mỗi máy gồm: - Máy chính tích hợp xe đẩy: 01 cái - Đầu phát tia tích hợp công tắc: 01 cái - Đầu zoom quang học: 01 cái - Kính mắt an toàn: 02 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng tiếng việt: 01 quyển - Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 2. Tính năng kỹ thuật của máy: - Màn hình cảm ứng $\geq 4\text{inches}$ giúp thuận tiện điều khiển và cài đặt thông số - Công suất phát $\geq 2\text{ W}$ - Có bước sóng $\geq 650\text{ nm}$ giúp đi sâu và cơ thể hấp thụ tốt nhất - Có ít nhất các chế độ phát tia: Liên tục, Xung - Tia laser thế hệ thứ 4, có tác dụng thâm nhập sâu và rộng vào khu vực mô tổn thương sâu bên trong, kích thích quá trình tái tạo các mô sinh học bằng ánh sáng giúp chữa lành tận gốc các cơn đau		01

3	Ghế tập cho trẻ bại não	- Có thể điều chỉnh góc nghiêng toàn phần, góc nghiêng lưng, góc nâng phần bắp chân - Thích hợp hầu hết các dạng trẻ khuyết tật từ 2 đến 10 tuổi		01
4	Máy Laser nội mạch	1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: - Máy chính: 01 cái - Cáp quang (đầu phát Laze): 02 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng tiếng việt: 01 quyển - Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 2. Tính năng kỹ thuật của máy: - Số kênh: 2 kênh - Chế độ phát: xung và liên tục - Bước sóng laser 632,8nm - 650nm - Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay		02
5	Hệ thống Kéo giãn cột sống	1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: - Máy kéo chính: 01 cái - Giường kéo giãn: 01 - Bộ đai kéo giãn cổ: 01 bộ - Bộ đai kéo giãn lưng: 01 bộ - Ghế gác chân: 01 cái - Ghế ngồi kéo cổ: 01 cái - Công tắc ngắt mạch khẩn cấp: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng tiếng việt: 01 quyển - Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 2. Tính năng kỹ thuật của máy: - Màn hình hiển thị và cài đặt lực kéo, thời gian kéo, chế độ kéo - Hai mô tơ kéo riêng biệt điều trị được 2 bệnh nhân cùng một lúc - Máy kéo 2 tư thế: Nằm và ngồi - Có các kiểu kéo: Liên tục, ngắt quãng, chu kỳ, tĩnh, hoặc tự điều chỉnh - Có các chế độ tăng lực kéo: Kéo cổ từ 1kg-20kg, kéo lưng từ 1kg-99kg - Có chế độ cài đặt lực kéo chính, lực kéo nền - Có chế độ cài đặt thời gian kéo chính, thời gian kéo nền - Giường nằm có chườm trong đệm - Có tấm chườm nhiệt cổ		01

6	Máy Điện xung	1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: - Máy chính tích hợp xe đẩy: 01 cái - Cáp điện cực: 04 cái - Điện cực cao xu: 04 cái - Bọc điện cực cao xu: 4 - 8 cái - Đai cố định điện cực: 02 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng tiếng việt: 01 quyển - Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 2. Tính năng kỹ thuật của máy: - Màn hình cảm ứng $\geq 5''$ giúp thuận tiện điều khiển và cài đặt thông số - Số kênh trị liệu: 2 kênh - Có sẵn bộ chẩn đoán điện - Có ít nhất các dòng điện trị liệu sau: Điện phân, Điện giao thoa, Vi dòng, dòng Tens, dòng kích thích TR, Dòng xung điều chỉnh, Xung ngắt quãng vv...		02
7	Máy Siêu âm trị liệu	1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: - Máy chính tích hợp xe đẩy: 01 cái - Đầu phát siêu âm 1cm²: 01 cái - Đầu phát siêu âm 4 - 5 cm²: 01 cái - Gel siêu âm: 01 chai - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng tiếng việt: 01 quyển - Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 2. Tính năng kỹ thuật của máy: - Màn hình cảm ứng $\geq 5''$ giúp thuận tiện điều khiển và cài đặt thông số - Có chế độ siêu âm liên tục và chế độ siêu âm xung - Số kênh trị liệu: 2 kênh - Có chức năng gia nhiệt tại đầu phát siêu âm giúp làm mềm mô - Dải tần số siêu âm từ 1 - 3MHz - Cường độ đầu ra từ 0,1 - 3W/cm²		02
8	Máy Từ trường trị liệu	1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: - Máy chính: 01 cái - Bản cực từ tính: ≥ 2 (điều trị được các vùng khác nhau) - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng tiếng việt: 01 quyển - Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 2. Tính năng kỹ thuật của máy:		01

		- Bảng khiển và cài đặt thông số - Có tần số xung nhỏ hơn hoặc bằng 150HZ - Dạng sóng ≥ 2 - Kênh đầu ra: 2 kênh (điều trị cùng một lúc 2 bệnh nhân) - Có thể điều chỉnh cường độ và chế độ xung - Có kết hợp nhiệt với từ trường và chế độ rung massage		
9	Máy Laser châm	1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: - Máy chính: 01 cái - Đầu laser diode: 8 - 10 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng tiếng việt: 01 quyển - Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 2. Tính năng kỹ thuật của máy: - Số kênh: 2 kênh - Chế độ phát: xung và liên tục - Bước sóng laser ≥ 630 nm - Số kênh phát: ≥ 8 - Màn hình có bảng điều khiển chế độ		01
10	Máy Sóng xung kích	1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: - Máy chính tích hợp xe đẩy : 01 cái - Tay cầm dạng súng: 01 cái - Đầu phát sóng đa hướng: 01 cái - Đầu phát sóng tập trung: 01 cái - Kít tạo xung kích: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng tiếng việt: 01 quyển - Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 2. Tính năng kỹ thuật của máy: - Màn hình cảm ứng $\geq 5''$ giúp thuận tiện điều khiển và cài đặt thông số - Công suất điều trị tối đa ≥ 5 bar/15 Hz - Có tuột thợ kít tạo xung tối thiểu 4 - 6 triệu xung - Có đủ các chế độ làm việc: Xung, liên tục, hỗn hợp - Shock: 1000, 2000, 3000, 4000 - Có 4 đầu phát sóng với các kích thước khác nhau: 6 - 28mm		01
11	Tủ sấy Tuần hoàn	1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: - Tủ sấy chính: 01 cái - Giá đỡ khay: 3 - 5 cái		01

	khí nóng parafin	- Parafin: 40 - 52 kg - Khay đựng Paraffin bằng Inox không gỉ: 40 - 52 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ - Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 2. Tính năng kỹ thuật của máy: - Công suất tối thiểu 40 khay - Có chức năng ủ nhiệt - Có chức năng hẹn giờ - Có hệ thống cài đặt nhiệt độ - Có hệ thống cài đặt thời gian - Có quạt đối lưu khí tuần hoàn - Có cấp nối đất: 01 chiếc		
--	---------------------------------	--	--	--

Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	YÊU CẦU CHUNG Năm sản xuất: 2023 trở đi Đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ??? Môi trường hoạt động: ??? Xuất xứ (hãng sản xuất, nước sản xuất, hãng nước chủ sở hữu): ??? Phân loại trang thiết bị y tế: ??? YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ Chất lượng: Sản phẩm mới 100% Nguồn điện: ???									

	Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng CẤU HÌNH Cấu hình chung: ??? Cấu hình cụ thể: ???								
2	Thiết bị B								
n	...								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm ... *[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.