

Số /BV-HCQT

Hà Giang, ngày tháng 7 năm 2024

Về việc mời các đơn vị quan tâm báo giá gói thầu: Hệ thống thiết bị xử lý rác thải y tế lây nhiễm bằng công nghệ vi sóng tích hợp nghiền cắt rác thải trong cùng khoang xử lý.

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Hệ thống thiết bị xử lý rác thải y tế lây nhiễm bằng công nghệ vi sóng tích hợp nghiền cắt rác thải trong cùng khoang xử lý, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Phạm Thị Kim Quy – phòng Hành chính Quản trị

- Điện thoại: 0915 914 339

- Email: kimquybv@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Nhận qua Zalo: 0915 914 339

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h 00' ngày 31 tháng 7 năm 2024 đến trước 14h 00' ngày 09 tháng 8 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá (Theo danh mục chi tiết kèm theo)/.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang rất mong các đơn vị quan tâm./.

Nơi nhận:

- Đăng ioffice; website BV.

- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng

(Kèm theo Công văn số /CV-HCQT, ngày /7/2024)

Gói thầu: Hệ thống thiết bị xử lý rác thải y tế lây nhiễm bằng công nghệ vi sóng tích hợp nghiền cắt rác thải trong cùng khoang xử lý

STT	Mô tả thiết bị/ hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành
1	1. Tên thiết bị: Hệ thống thiết bị xử lý rác thải y tế lây nhiễm bằng công nghệ vi sóng tích hợp nghiền cắt rác thải trong cùng khoang xử lý. - Công suất xử lý: lên tới 50 kg/giờ - Dung tích khoang xử lý: 250 lít - Hiệu quả xử lý: đạt QCVN 55:2013/BTNMT	Hệ thống	01	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang	Năm 2024